

Мероприятие по контролю 12.08.2022г.

КНМ № 50230041000102859811. Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о контрольно(надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Московской области

Управление Роспотребнадзора по Московской области

**Ногинский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора
по Московской области**

ул. Климова, д.37, г. Ногинск, Московская обл., 142412

Тел.: (496) 515-58-10, факс: (496) 515-12-49; e-mail: noginsk@50.rospotrebnadzor.ru

(наименование территориального органа Роспотребнадзора)
реквизиты, адрес, телефон, e-mail

ПРОТОКОЛ ОСМОТРА

территорий, помещений, производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов без вскрытия помещений, транспортных средств, упаковки продукции (товаров), без разборки, демонтажа или нарушения целостности обследуемых объектов и их частей иными способами территорий и помещений (отсеков), а также вид, количество и иные идентификационные признаки обследуемых объектов, имеющие значение для контрольного (надзорного) мероприятия

(решение о проведении контрольно-надзорного мероприятия № 09-9811-к от 28.06.2023г.)

Московская область, Богородский г.о.
г.Ногинск, ул.Советской конституции
д.103

место составления

от 05.07.2023г.

время 17 ч. 00 мин.

Мной, главным специалистом - экспертом Ногинского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области Кравец Татьяной Федоровной, тел. 8(496)51-1-72-75, e-mail: noginsk@50.rospotrebnadzor.ru

должность, Ф.И.О. лица, составившего протокол, адрес, телефон и т.д.

Осмотр произведен с соблюдением требований ст.76 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", **в присутствии** контролируемого лица (его представителя):

Директора ГБУСО МО «Пансионат Ногинский» - Исаковой Гульфии Равильевны

Должность, фамилия, имя, отчество

произведен осмотр

Государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания
Московской области «Пансионат «Ногинский» (ИНН 5031015510, ОГРН 1035006102152)

(наименование территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов)

находящихся по адресу: Московская область, г.о. Богородский, г. Ногинск, ул. Советской

конституции, д. 103.

(указывается адрес нахождения территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов)

Сведения о лице, осуществляющем предпринимательскую деятельность без образования юридического лица:

фамилия, имя отчество _____ н/р
дата и место рождения _____ н/р
место работы, адрес предприятия
(учреждения, организации) _____ н/р
занимаемая должность _____ н/р
домашний адрес _____ н/р

Сведения о юридическом лице:

наименование _____ ГБУСО МО «Пансионат Ногинский»
ОКПО _____ 03156338
ИНН _____ 5031015510
ОГРН _____ 1035006102152
р/счет _____
адрес предприятия (организации) _____ Московская область, г.о. Богородский, г. Ногинск,
ул. Советской конституции, д. 103.

Контролируемому лицу (его представителю) разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 36, ч.2 ст.11, ч.12 ст.65 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", иными федеральными законами, ст.51 Конституции РФ

Маслова Г.В. *Игу* ✓

По адресу: Московская область, г.Балашиха,(мкр.Железнодорожный), проспект Героев, 4А

Осмотр начат "05" июля 2023 г. в "13" ч. "00" мин.

Осмотр окончен "05" июля 2023 г. в "17" ч. "00" мин.

Участвующим (присутствующим) при осмотре лицам объявлено о применении технических средств:

не проводилось

КАКИХ ИМЕННО

В ходе осмотра установлено:

Проверка ГБУСО МО «Пансионат «Ногинский». проведена на основании пункта 2 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» наступлением срока проведения контрольного(надзорного) мероприятия, включенного в план плановых проверок Управления Роспотребнадзора по Московской области на 2023 год (размещен в сети Интернет на официальном сайте: <http://www.50.rospotrebnadzor.ru>, КНМ №50230041000102859811)

Стоматологический кабинет на одно стоматологическое кресло с рентгеновским интраоральным аппаратом Poskom, вариант исполнения Rextar LCD №RT1312-045, 2013 года выпуска расположен на первом этаже двухэтажного жилого корпуса ГБУСО «Пансионат «Ногинский».

Представлен рабочий проект стоматологического кабинета с рентгеновским аппаратом Poskom – выполнен ООО «Атомлайн» в 2019г. Представлено разрешение ГБУЗ МО МОНИКИ им.М.Ф.Владимирского о монтаже рентгеновского дентального аппарата REXTAR LCD с радиовизиографом вместо запланированного в проектной документации рентгеновского дентального аппарата Poskom с радиовизиографом, без внесения изменений в технологическую часть проекта на кабинет. От 27.12.2021г. №16.

Оформлено санитарно-эпидемиологическое заключение (СЭЗ) на условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения - №50.99.02.000.М.001038.02.22 от 08.02.2022г. Заключение действительно до 08.02.2027г.

Стоматологический кабинет с рентгеновским аппаратом (визиографом) представлен процедурной –13,2 кв.м., Процедурная оборудована раковиной с подводкой холодной и горячей воды, рабочее место врача находится за рентгенозащитной ширмой, заводской №373/1, свинцовый эквивалент 1,0мм. Для обеспечения возможности контроля за состоянием пациента при проведении рентгенологических процедур предусмотрено смотровое окно в рентгенозащитной ширме.

Защита оконных проемов обеспечивается рентгенозащитными жалюзи, заводской № 373/2, свинцовый эквивалент 0,5мм.

Освещение помещения естественное и искусственное люминисцентными лампами, достаточное.

Вентиляция – естественный воздухообмен.

I. Санитарно - техническое состояние рентгеновского кабинета.

назначение кабинета	наименование помещения	площадь	высота	отделка помещения (пол, потолок, стены)
стоматологический кабинет с рентгеновским аппаратом	процедурная	13,2 кв.м.	2,8 м	пол: плитка, стены: плитка, потолок: краска.

Марка и тип аппарата	Заводской номер аппарата	анодное напряжение (кВ)	Год выпуска / монтажа
аппарат рентгеновский с визиографом Poskom	№RT1312-045	70кВ	2013/2021

Техническое состояние ИИИ:

- контроль эксплуатационных параметров рентгеновского аппарата проведен аккредитованной организацией ООО «РАДЭК» (аттестат аккредитации RARU21PI29) Протокол №ИЛ-3361/12-21 от 15.12.2021г;

Характеристика технических и технологических систем обеспечения радиационной безопасности:

- вентиляция - естественная;

- освещенность (п. 10.21 СанПиН 2.6.1.1192- 03 – не реже 1раза в 2 года): протокол от 15.12.2021г. №ОП1668/12-21 2021, проведен аккредитованной организацией ООО «РАДЭК» (аттестат аккредитации RARU21PI29), соответствуют СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнения работ или оказания услуг»

- микроклимат протокол №МК-1670/12-21 от 15.12.2021, проведен аккредитованной организацией ООО «РАДЭК» (аттестат аккредитации RARU21PI29), соответствуют СанПиН 1.2.3685-21, раздел V, таблица 5/2/;

- электробезопасность (п. 10.21 СанПиН 2.6.1.1192- 03 – не реже 1раза в 2 года): представлен технический отчет от 15.12.2021 №ЭЛ-1421/12-21 подготовленный ООО «РАДЭК» (Свидетельство о регистрации электролаборатории №5254 от 29.05.2019.

- контрольно-технический журнал (п.3.32 СанПиН 2.6.1.1192-03 – до начала работы персонал проводит проверку исправности оборудования с обязательной регистрацией результатов в контрольно-технический журнал): записи в контрольно-техническом журнале отсутствуют.

- уборка с использованием 1-2%-го раствора уксусной кислоты и дезинфекции элементов и принадлежностей рентгеновского аппарата (п.3.33 СанПиН 2.6.1.1192-03): Даны рекомендации о необходимости после окончания рабочего дня проводить дезинфекцию элементов и принадлежностей рентгеновского аппарата и ежемесячно проводить влажную уборку с использованием 1-2% -го раствора уксусной кислоты..

Фотолабораторное оборудование: не требуется.

Средства защиты персонала и пациентов:

- передвижные средства защиты – рентгенозащитная ширма,

- индивидуальные средства защиты (п. 5.4 СанПиН 2.6.1.1192- 03 – набор СИЗ должен по Приложению 8): 2 защитных фартука без повреждений (0,35ммРb). Протокол определения свинцового эквивалента индивидуальных средств защиты от рентгеновского излучения № СЗ-1002/12-21 от 15.12.2021г проведен аккредитованной организацией ООО «РАДЭК» (аттестат аккредитации RARU21PI29) соответствуют

СанПиН 2.1.3.2630-10;

Облучение персонала:

-приказ о назначении ответственного за радиационную безопасность, учет и хранение рентгеновских аппаратов, производственный контроль (п.9.11 СанПиН 2.6.1.1192-03 администрация назначает лицо, ответственное за радиационную безопасность, учет и хранение рентгеновского аппарата, за радиационный контроль), отнесение к персоналу группы А (п. 2.5.3 ОСПОРБ-99/2010 - организация обеспечивает перечень гр. А; приложение №7 п.4 СанПиН 2.6.1.1192-03) ГБСУСО «Пансионат «Ногинский». представлен для врача-стоматолога Токарь Ольги Валентиновны от №231 от 28.02.2022г.,

- индивидуальный инструментальный дозиметрический контроль персонала группы А (п. 6.1 СанПиН 2.6.1.1192-03 – не допускается работа персонал без средств ИДК; п.8.5 СанПиН 2.6.1.1192-03) – организован индивидуальный дозиметрический контроль персонала группы А проводится аккредитованной организацией ООО «РАДЭК» (контракт № 185 от 01.11.2021г.). Регистрация ИДК один раз в квартал соблюдена, протоколы индивидуального дозиметрического контроля персонала за 1- кв.2023г. представлены.

- карточка учета индивидуальных годовых доз (п. 8.6 СанПиН 2.6.1.1192 – 03 – годовые дозы персонала фиксируются в карточке учета индивидуальных доз) - представлены;

Обеспечение радиационной безопасности пациентов и населения:

- метод определения эффективной дозы облучения пациентов:

измерение радиационного выхода рентгеновских излучателей – по протоколам аккредитованной организации ООО «РАДЭК» от 15.12.2021г. № РС-3038/12-21. по Poskom.

- наличие листов учета дозовых нагрузок ежедневных рентгенологических исследований (требование п. 7.6 СанПиН 2.6.1.1192 – 03- значения индивидуальной дозы пациента регистрируется в листе учета дозовых нагрузок при проведении рентгенологических исследований, лист вклеивается в медкарту больного): представлены;

- учет дозовых нагрузок пациентов (п.8.5. СанПиН 2.6.1.1192-03): представлен журнал учета дозовых нагрузок пациента при рентгенологических исследованиях. Начат с 2022г.

- исследования детей –не проводятся.

Дозиметрический контроль:

- протоколы общего радиационного контроля (п. 8.12 СанПиН 2.6.1.1192-03 – оформляется протокол): аккредитованная организация ООО «РАДЭК» протоколы №№ДЗ-3382/12-21 от 15.12.2021г. (аппарат рентгеновский интраоральный Poskom), результат – соответствуют.

- контроль мощности дозы излучения на рабочих местах персонала, в помещениях (п.8.5 СанПиН 2.6.1.1192-03 – проводится при получении СЭЗ): требования прил. №11 СанПиН 2.6.1.1.1192-03): соблюдено и проведено.

Профессиональная подготовка по рентгенологии, обучение персонала по вопросам радиационной безопасности (п. 6.2 СанПиН 2.6.1.1192-03 – должно быть подтверждено соответствующим документом):

Токарь Ольга Валентиновна, имеет удостоверения о повышении квалификации по программам: «Радиационная безопасность при эксплуатации источников ионизирующего излучения», 72 часа регистрационный №19/1ЭБ-1213.

«Навыки работы с визиографами», 72 часа, регистрационный №02304
Технический паспорт РО ГБУЗ МО МОНИКИ на рентгеновский кабинет
действителен до 30.12.2023 года №3027/2021г.

Наличие инструктивно-учетной, разрешительной документации:

- инструкция по охране труда, включающая требования по радиационной безопасности, по предупреждению и ликвидации радиационных аварий: имеется, утверждена 18.02.2022г. Подпись сотрудника персонала группы А об ознакомлении имеется;

- журнал регистрации инструктажа на рабочем месте (п.п. 6.1., 6.6., 6.8. СанПиН 2.6.1.1192-03 – к работе по эксплуатации рентгеновского аппарата допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие документ о соответствующей подготовке, прошедшие инструктаж и проверку знаний правил по технике безопасности и радиационной безопасности, регистрация инструктажа проводится в специальных журналах): представлен;

- государственная статистическая форма №1 –ДОЗ за последний отчетный год: представлена за 2022 год;

- государственная статистическая форма №3-ДОЗ за последний отчетный год (п.8.7 СанПиН 2.6.1.1192 – 03 – сведения о дозах пациентов предоставляются администрацией в орган управления здравоохранения субъекта РФ): представлена за 2022 год;

- радиационно-гигиенический паспорт (п. 2.16 СанПиН 2.6.1.1192-03 – администрация учреждения ведет РГП организации в установленном порядке): представлен -2022год.

- программа производственного радиационного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий представлена, утверждена 16.01.2023г.

В результате осмотра выявлены нарушения:

1. На момент проведения контрольно-надзорного мероприятия в контрольно-техническом журнале отсутствуют записи о проведении проверки исправности оборудования до начала работы (п.3.32 СанПиН 2.6.1.1192-03 – до начала работы персонал проводит проверку исправности оборудования с обязательной регистрацией результатов в контрольно-технический журнал).


(указываются сведения об осмотренных территориях, помещениях (отсеках), производственных и иных объектах, продукции (товарах) и иных предметах, а также вид, количество и иные идентификационные признаки обследуемых объектов)

В ходе осмотра поступили (не поступили) замечания, заявления, ходатайства, объяснения и прочее _____

(указать вид поступившего обращения)

В услугах переводчика не нуждаюсь (нуждаюсь) _____

(подпись представителя контролируемого лица)



Руководителю или должностному лицу, или иному уполномоченному работнику, или работнику контролируемой организации, гражданину, непосредственно участвующего в контрольных (надзорных) мероприятиях положения статьи 51 Конституции Российской Федерации, а также права контролируемого лица при осуществлении государственного контроля (надзора), предусмотренные ст. 36 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» разъяснены _____

(подпись представителя контролируемого лица)

Протокол мною прочитан (переведен мне на язык) _____

(подпись представителя контролируемого лица)

Замечания, заявления, объяснения, ходатайства, отводы, поступившие во время производства осмотра:

К протоколу осмотра прилагаются _____

(указать наименование, вид, количество приложения)

Контролируемое лицо/представитель/гражданин/ _____

Исхакова Г.В...

Заместитель начальника Ногинского
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Московской области

(подпись)

Ицкова Ксения
Николаевна
(ФИО)

главный специалист-эксперт Ногинского
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Московской области
(должность лица, составившего протокол осмотра)

(подпись)

Кравец Татьяна
Федоровна..
(ФИО)

Копия протокола вручена: «05» 07 2023г.

(подпись)

Исхакова Г.Р.
(ФИО)

Копия протокола направлена: _____

Пометка об отказе ознакомления с протоколом осмотра

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего досмотр)